

2M21700

A 41580 - 16					Maßstab	
				Datum	Name	
			Bearb.	22.03.91		
			Gepr.	24.03.91		
			Norm			
			PT 4000		Circuit Diagram US-Version	Blatt Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name			

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck



Lose Teile:

1	Schraubendreher 5	1295748
1	Schraubendreher 3	1296809
1	Gewindestift	1320831
1	Schraube	1331922
1	Montageanweisung	2M22023
	verpackt in:	
	Flachbeutel mind. 120x120 DWN 1210	8710010

ST2M21376

scale: 1:2	general talerances: ---	material: ---	safely class: <s> 0, <m> 0
field reserved	revision text: Zeichn.-Nr. und Darstellung geaendert Zeichn.-Nr. neu (1998/CC/125)		
filing dept.: 2530	responsibte dept.: 3401	author / appraved	contract: n
		date: 10.11.1998 / 10.11.1998	
		name: Stickel / Hartwig	
type: drawing	tanguage: de	title: Fahrgestell fuer Stativ/Photo.	Dräger
	replacement for: 2M21376-03	number: 2M21376	
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 05 / accures: 5x / page/of: 01/01	Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A3





Farbe: RAL 9011 (Laufflaeche der Rallen: grau)

Bestelltext: 1475 PHO 050
mit Befestigung B 10 11x31

Hersteller:
Tente-Rollen GmbH u. Co

scale	general talerances	material	safely class
1:1			<s> 0 <m> 0

field reserved	revision text
	(1998/CC/126)

filing dept.	responsible dept.		author	approved	contract
2530	3401	date	27.11.1998	27.11.1998	n
		name	Stickel	Hartwig	

type	language	title
drawing	de	Feststell-Laufrolle(Durchm.50)

	replacement for	number
	.	2M22165

creating system	release status	revision index	accures	page/of
CADRA	PROD	00	--	01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A3

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use or the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author ity.
DRÄGER All rights reserved.
© DRÄGER AG, Lübeck



Lose Teile:

	1	Schraubendreher 5	1295748
	1	Schraubendreher 3	1296809
	1	Gewindestift	1320831
	1	Schraube	1331922
③	1	Montageanweisung	2M22023
		verpackt in Flachbeutel mind. 120x120 DWN 1210	

ST2M21376

=QA= --	=QB= --	=QC= --				
Werkstoff ---			03	2x	Montageanweisung neu, lose Teile und Darstellung geaendert	
						(134/95)
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab 1:2	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1995	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	18.09.	Sti./Sti.	
			Gepr.	18.09.	Franz	
				--	--	
		Benennung Fahrgestell fuer Stativ			Zeichnungs-Nr. 2M21376	
					Ersatz fuer 2M21376-01	
ARCHIV	CADRA=8				Ersetzt durch	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck





①

Farbe: RAL 9011 (Laufflaeche der Rollen: grau)

Bestelltext: 5920 UAO 050 mit
Befestigung B10

Hersteller:
Tente-Rollen GmbH u. Co

=QA=	--	=QB=	--	=QC=	--		
Werkstoff ---				01	1x	Farbe der Laufflaeche nachgetragen	
						(40/95)	
				Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab 1:1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2		1995	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
				Bearb	07.03.	Stickel	
				Gepr.	07.03.	Franz	
					--	--	
PROD	CADRA=8	Benennung Laufrolle (Durchm. 50)				Zeichnungs-Nr. 2M21373	
						Ersatz fuer 2M21373-00	
						Ersetzt durch	





1. Pruefung.
Nach Loesen des Feststellhebels darf das Stativ nicht hoch gehen, aber evtl. nach unten.



2. Pruefung.
Das Gewicht darf das Stativ nach Loesen des Feststellhebels nicht nach unten ziehen.

* Oberflaeche pulverbeschichtet
mit Polyurethan-Pulverlack RAL 9002;
Schichtdicke 60^{+60} µm
Struktur: Apfelsinenhautaehnlich

** Oberflaeche verchromt

Hoehenverstellung mittels Gasdruckfeder:
- Hubkraft siehe Pruefanweisung
- Daempfung beim Ein-und Ausfahren
- Pruefwert: Ohne Belastung von unterster in oberste Stellung
- Ausfahrzeit ≥ 2.5 Sek.

*** Stativrohr durch zwei Gewindestifte mit Zapfen im Stativrohr mit Loctite 221 gesichert

**** gilt mit Oberflaeche

Vom Hersteller in Versandverpackung verpackt

Herstellen: Fa. Kroemker GmbH

scale: 1:2	general tolerances: ISO 2768-m	material:	safety class: (s) 0, (m) 0
field reserved:	revision text: -Beennung neu gesetzt (1998/NM/40)		
filing dept.: 2950	responsible dept.: 3401	author: date 18.02.1999, name Stickel	approved: 18.02.1999 Hartwig
			contract: n
type: drawing	language: de	title: Teleskoprohr f.Stativ Phototh.	
	replacement for: 2M21368 06	number: 2M21368	
creating system: CADRA	release status: FREI	revision index: 07	accures: ox
		page/of: 01/01	

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Lae ar "This document" contents to Forbladen.
w Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck.



Schutz nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

DWN 452 - OF 362

scale: 1:1	general tolerances: ISO 2768-m	material: BI DIN 1016- St W 22-5-/-0,26	safety class: <s> 0, <e> 0
field reserved		revision level: -Benennung neu gesetzt (1998/NM/ 40)	
filing dept: 2950	responsible dept: 3401	author: date 18.02.1999, name Stickel; approved: 18 02 1999 Hartwig	contract: n
type: drawing	language: de	title: Haltebuegel f.Photothe Stativ	
	replacement for: 2M21358 01	number: 2M21358	
creating system: CADRA	release status: FREI	revision index: 03	accures: OX
		page/of: 01/01	

Dräger

Dräger Medizintechnik GmbH
D-23542 Lübeck

size A1